

שלט רחוק למערכת

Precision

מדריך משתמש

מדריך זה הנו תקציר ותרגום של הוראות ההפעלה באנגלית המצורפות לשלט שקיבלת.



לחץ על החיצים על מנת להגביר או להחליש את עוצמת הגירוי.



מתן גירוי (הפעלת הקוצב): לחץ על כפתור ההפעלה האדום על מנת להפעיל או להפסיק את המכשיר.

או



נסה למקם מחדש את השלט, קרוב יותר לגוף.

לחץ על על מנת לנסות שוב או

לחץ על לביטול

עוצמת הקליטה עשויה להשתנות כתלות במיקום השלט. בדוק את הסמן לעוצמת הקליטה לצורך מציאת קליטה אופטימאלית.



החלפת סוללות:

השלט עובד על 3 סוללות AAA. יש לפתוח בעדינות את המכסה האחורי ולהכניס את הסוללות בהתאם לסימון.



קביעת תוכנית ממסך העוצמה:



לחץ על על מנת להכנס

לתפריט. לחץ על שוב על מנת לדפדף בין התוכניות. לחץ על החץ בכיוון מעלה על מנת להפעיל את התוכנית שנבחרה.

פתיחת נעילת השלט:

במידה והשלט נמצא במצב המתנה לחץ

על והחזק עד להדלקת 5 נדוקות שחורות או עד אשר משתנה הודעת המסך להודעה "Release P to Unlock"



לצורך קליטה אופטימאלית, על השלט לעמוד בניצב לשתל (הבטריה).



אם ברשותך מכשיר חיצוני, בזמן הניסוי יש לשים את השלט בסמוך למכשיר החיצוני.

הוראות לשלב הניסוי:

- המכשיר הזמני יימצא איתך במשך מספר ימים, על פי החלטת הרופא המטפל, כאשר בתום התקופה תתבקש לדווח לרופא המטפל האם חל שיפור בתחושת הכאב.
- על המכשיר הזמני להמציא כל העת בתוך כיס החגורה הלבנה אותה קיבלת, כאשר החגורה צמודה לגוף.

הפעלת המכשיר הן בשלב הניסוי והן במכשיר הקבוע תתבצע על ידי השלט:

- על מנת "להעיר" את השלט יש ללחוץ לחיצה ארוכה על P עד להופעת 5 מנורות דלוקות. השלט יתחיל לעבוד ויפיעו מדרגות העוצמה.
- לקבלת גירוי והפעלת המכשיר, יש ללחוץ על כפתור ההפעלה האדום.
- ניתן לעלות את העוצמה של הגירוי על ידי לחיצה על החץ העליון. הפחתת העוצמה נעשית על ידי לחיצה על החץ התחתון.

זהירות(!) יש ללחוץ על החיצים פעם אחת בלבד ולהמתין, העלאת העוצמה בצורה חדה עשויה לגרום לתחושות לא רצויות.

- כיבוי המכשיר יתבצע בעזרת השלט – לחיצה על הלחצן האדום.

אזהרות:

- ⚠ אסור לבצע בדיקת הדמייה מגנטית (MRI) כל עוד מכשיר ה- Spinal Cord Stimulation והאלקטרודות נמצאים בגוף.
- ⚠ בדיקת CT, אולטרסאונד או צילומי רנטגן אחרים, מותרים.
- ⚠ אסור לנהוג עם המכשיר דולק.
- ⚠ אין לעבור עם המכשיר בשערים מגנטיים. בדיקת מגנומטר ידני, מותרת.

- בכל מקרה של הופעת חום, סחרחורות רבות וכאבי ראש יש לפנות באופן מיידי לרופא המטפל.
- בכל מקרה של תלונה רפואית יש לפנות מיד לרופא!

שאלות בנושא הפעלת המכשיר יש להפנות לנציג חברת מדוק.